

Warszawa, dnia 14.01.2021 r.

**Centrum Astronomiczne  
im. M. Kopernika PAN  
ul. Bartycka 18  
00-716 Warszawa**

### **Wykonawcy**

Oznaczenie postępowania: MAB-251-5/20

Tryb: Przetarg nieograniczony

Na: Dostawa systemu akwizycji danych, zasilania i kalibracji dla zespołu sensorów optycznych

### **Informacja o zmianie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz ogłoszenia o zamówieniu**

*Szanowni Państwo,*

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 oraz art. 11c w zw. z art. 12a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 poz. 1843 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, Zamawiający informuje o zmianie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: „SIWZ”) oraz ogłoszenia o zamówieniu w zakresie opisu przedmiotu zamówienia oraz, w konsekwencji, terminów składania i otwarcia ofert. Zmiany mają na celu zwiększenie konkurencyjności poprzez dopuszczenie rozwiązania, które pojawiło się na rynku komercyjnym już po ogłoszeniu niniejszego postępowania oraz poprawienie omyłki edytorskiej.

*W Załączniku nr 3 do SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia, Tabela nr 1.1. Kasety pomiarowa, wiersz 14, Zamawiający zmienia wymagany parametr na następujący:*

14.	<b>Czujniki temperatury</b>	Przynajmniej: w zasilaczu, <del>na</del> <b>platerze</b> , przy wentylatorach	Wykaz czujników temperatury .....
-----	-----------------------------	---	--------------------------------------

*W Załączniku nr 3 do SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia, Tabela nr 1.2. Karta akwizycji sygnału analogowego 16 kanałów, wiersz 15, Zamawiający zmienia wymagany*

parametr na następujący:

15.	<b>Interfejs dostępowy</b>	Poprzez interfejs: <del>-USB</del> - magistrale VME - optyczny	Dostępne interfejsy wraz z ich wersjami .....
-----	----------------------------	---	--

W Załączniku nr 3 do SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia, Tabela nr 1.3. Sterownik linii wejścia/wyjścia z dyskryminatorem, wiersz 12, Zamawiający zmienia wymagany parametr na następujący:

12.		<del>Możliwość sterowania wzmacnieniem w zakresie co najmniej -1 do 1</del> Możliwość sterowania wzmacnieniem w zakresie -1 lub +1	Możliwość sterowania wzmacnieniem w zakresie .....
-----	--	---	---

W Załączniku nr 3 do SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia, Tabela nr 1.3. Sterownik linii wejścia/wyjścia z dyskryminatorem, wiersz 27, Zamawiający zmienia wymagany parametr na następujący:

27.		Pobór prądu maksymalnie <del>+5 V max 1A</del> <del>+12 V max 100 mV</del> <del>-12V max 200 mV</del> +5 V min. 0.5 A +12 V min. 50 mA -12V min. 0.1 A	Pobór prądu maksymalnie .....
-----	--	--	----------------------------------

W Załączniku nr 3 do SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia, Tabela nr 2.2. Karta zasilacza do 100 V, 32 kanałowego, wiersz 4, Zamawiający zmienia wymagany parametr na następujący:

4.	<b>Wysokość</b>	<b>8 6 U</b>	Wysokość .....
----	-----------------	--------------	-------------------

W Załączniku nr 3 do SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia, Tabela nr 2.3. Karta zasilacza wysokiego napięcia, wiersz 4, Zamawiający zmienia wymagany parametr na następujący:

4.	<b>Wysokość</b>	<b>8 6 U</b>	Wysokość .....
----	-----------------	--------------	-------------------

W Załączniku nr 3 do SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia, Tabela nr 2.3. Karta zasilacza wysokiego napięcia, wiersz 12, Zamawiający zmienia wymagany parametr na następujący:

12.		Sterowanie napięcia co najmniej 0 do <b>15 kV–15 kV (polaryzacja ujemna)</b>	Sterowanie napięcia .....
-----	--	--	------------------------------

W Załączniku nr 3 do SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia, Tabela nr 2.4. Karta zasilacza niskiego napięcia, wiersz 4, Zamawiający zmienia wymagany parametr na następujący:

4.	<b>Wysokość</b>	<b>8-6 U</b>	Wysokość .....
----	-----------------	--------------	-------------------

W Załączniku nr 3 do SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia, Tabela nr 3.1. Moduł akwizycji analogowa dla 128 SiPM, wiersz 26, Zamawiający zmienia wymagany parametr na następujący:

26.		Pobór mocy przez kanał poniżej <b>6 MW-mW</b>	Pobór mocy przez pojedynczy kanał SiPM .....
-----	--	---	---

Wprowadzone tym pismem zmiany SIWZ są wiążące dla Wykonawców.

Poprawiony Załącznik nr 3 do SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia uwzględniający wprowadzone zmiany stanowi załącznik do niniejszego pisma.

**Zamawiający informuje o zmianie terminu składania i otwarcia ofert.**

**Termin składania i otwarcia ofert zostaje przesunięty na 22.01.2021 r.**

**Godziny pozostają bez zmian.**

Z poważaniem