



ul. Bartycka 18, 00-716 Warszawa
tel: (22) 841 00 41, (22) 3296 100
fax: (22) 841 00 46
email: camk@camk.edu.pl
<http://www.camk.edu.pl>

CENTRUM ASTRONOMICZNE IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA PAN

Warszawa, dn. 30.07.2021

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA WYKONAWCY

Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania Wykonawcy dotyczące zapytania ofertowego na „Dostawę oscyloskopu cyfrowego oraz generatora sygnałów analogowych dla Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika PAN w Warszawie” (2/DAG/D/2021)

Pytanie 1 (dotyczy opisu przedmiotu zamówienia)

Obecnie na rynku nie ma dostępnych oscyloskopów z poziomem szumu $290 \mu\text{V}$ przy terminacji 50 Ohm i podziałce 60 mV/div . Prosimy o potwierdzenie, że doszło do omyłki i Zamawiający miał na myśli „zmierzony poziom szumów nie wyższy niż $290 \mu\text{V}$ przy terminacji 50 Ohm i nastawie 60 mVFS (FS – pełna skala)”

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza, że doszło do omyłki i Zamawiający miał na myśli „zmierzony poziom szumów nie wyższy niż $290 \mu\text{V}$ przy terminacji 50 Ohm i nastawie 60 mVFS (FS – pełna skala). Skorygowany Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia oraz skorygowany Załącznik nr 2a - Specyfikacja techniczna urządzeń oferowanych przez wykonawcę stanowią załączniki do niniejszego pisma i obejmują również zmianę parametru oscyloskopu dokonaną pismem z dnia 27.07.2021 r.

Pytanie 2 (dotyczy formularza ofertowego)

W punkcie 7 podpunkcie 2 zamawiający napisał „1 szt. generatora cyfrowego”. Prosimy o potwierdzenie i zmianę zapisu na „1 szt. generatora sygnałów analogowych” zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający zmienia w formularzu ofertowym treść punktu 7 ppkt. 2 z dotychczasowego brzmienia „1 szt. generatora cyfrowego” na następujące - „1 szt. generatora sygnałów analogowych”. Skorygowany formularz ofertowy stanowi załącznik do niniejszego pisma.

Dodatkowo Zamawiający uszczegóławia zdanie poniżej pkt. 7.2 w następujący sposób: „Zgodnie z parametrami urządzeń określonych w specyfikacji technicznej urządzeń oferowanych przez wykonawcę zgodnie z Załącznikiem nr 2a.

Ponadto Zamawiający zmienia treść pkt. 10 w rozdziale V poprzez dodanie ppkt. c). W związku z tym obecny ppkt. c) staje się ppkt. d). W wyniku tych zmian pkt. 10 otrzymuje następujące brzmienie:

10. Do oferty, sporządzonej na formularzu, stanowiącym Załącznik nr 2 należy dołączyć:

- a) odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
- b) wykaz dostaw zgodnie z warunkiem opisanym w Rozdziale VI pkt. 1– Załącznik nr 3,
- c) specyfikację techniczną urządzeń oferowanych przez wykonawcę zgodnie z Załącznikiem nr 2a.
- d) w przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Oferenta, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej przez osobę wskazaną w tym dokumencie.

W związku z powyższymi zmianami Zamawiający informuje, że zmienia termin składania ofert, ustalając go na dzień 3 sierpnia 2021 r. na godz. 12.00.

Prof. dr hab. Piotr Życki

Dyrektor CAMK